

Протокол
об итогах осуществления закупок изделия медицинского назначения
способом запроса ценовых предложений (экспресс-тест, пульсоксиметр) повтор

г.Нур-Султан

10 ч. 00 мин. «02» июня 2021 г.

Место проведения: г.Нур-Султан, район Алматы, ул.А1, здание 5, блок Б.

Организатор закупок: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской центр фтизиопульмонологии" акимата города Нур-Султан (- далее ГЦФ)

Адрес: 010000, г.Нур-Султан, район Алматы, ул.А1, здание 5

1) В соответствии с постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (-далее Правил № 1729) был проведен закуп:

№ лота	Наименование товара / Тауар атауы	Техническая характеристика (описание) товара / Тауарлар техникалық сипаттамасы (сипаттау)	Ед. изм./ өлшем бірлігі	Кол-во/ Саны	Цена за ед./ Бірліктің бағасы	Общая сумма, утвержденная для закупки, тг./ Сатып алуға мақұлданған жалпы сома, тг
1	Иммунохроматографический экспресс-тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека 1и 2 типа (ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2) в сыворотке (плазме). Набор на не менее 100 тестов.	Иммунохроматографический экспресс-тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека 1и 2 типа (ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2) в сыворотке (плазме). Набор на не менее 100 тестов. Тест предназначен для быстрого и качественного определения антител иммуноглобулинов класса G, иммуноглобулинов класса А и иммуноглобулинов класса М к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типа (ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О и ВИЧ-2) в сыворотке, плазме человека. Принцип метода – иммунохроматография. Тестовое устройство содержит рекомбинантные антигены, представляющие иммунодоминантные области оболочечных белков ВИЧ-1(gp41 и p24) и ВИЧ-2 (gp 36). Захваченные антигены gp41 и p24 ВИЧ-1, фиксированы на первой тестовой линии, захваченный антиген gp 36 для ВИЧ-2 фиксирован на второй линии тестовой зоны мембраны. Результаты для антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 отображаются на отдельных линиях тестового устройства. Тестовые устройства индивидуально упакованы вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с влагопоглотителем и разбавитель (трис-буфер). Количество по 100 шт в упаковке. Проведение исследования не требует предварительной подготовки. Время получения результата – не менее 20 минут. Стойкость полученного результата. Объем образца не менее 10 мкл. Аналитическая чувствительность не менее 100%. Специфичность теста не менее 99,5%. Температурный режим хранения 2°-30°..	уп	65	13200	858 000,00

2	Пульсоксиметр детский (для новорожденных)	Перезаряжаемая литиевая батарея с удобным интерфейсом тип "С". Двухцветный дисплей OLED. Отображаемая информация SpO2 , частота пульса ,индикатор заряда батареи,шкала пульса. Диапазон измерения SpO2 :35-99%, измерения пульса:30-250 уд/мин питания:2 батарейки типа "AAA" до 12 лет	Диапазон Тип источника Предназначен для детей Масса:50 г(включая батарейки)	шт	3	7000	21 000,00
итого/барлығы							879 000,00

Выделенная сумма: 879 000,00 (восемьсот семьдесят девять тысяч) тенге, 00 тиын.

2) На момент окончания приема заявок: **01 июня 2021 г. 14 ч. 00 мин.** была предоставлена заявка с ценовым предложением от следующего потенциального поставщика: нет

3) При вскрытии заявок присутствовали представители: нет.

4) По итогам рассмотрения предоставленной заявки с ценовыми предложениями от потенциального поставщика,

РЕШЕНО:

1) по лотам 1, 2 не состоявшимся по причине отсутствия поданных ценовых предложений (п.112 Правил №1729)

Директор

Цепке А.Б.

И.о. гл. медсестры

Аринова А.С.

Начальник отдела МТС

Жандаева С.М.